



CONFORMITÉ DU MARQUAGE PHARMA/UDI



Contrôle de conformité des codes à barres et Datamatrix



GTIN: XXXXXXXXXXXXX
EXP: XX/XX/XXXX
LOT: XXX XXX XX
S/N: XXXXXXXXXXXXXXXXX

POUR QUELLE APPLICATION ?

- CODE SÉRIALISÉ EUROPE** (GS1 DATAMATRIX)
- CRYPTO CODE RUSSE** (GS1 DATAMATRIX)
- DISPOSITIFS MÉDICAUX (UDI)** (GS1 DATAMATRIX / GS1-128)
- SANTÉ ANIMALE** (RÈGLEMENTATION IFAH)
- AGRÉGATION** (GS1-128)
- CONTRÔLE AUX NORMES ISO/IEC- 15415, ISO/IEC-15416, ISO/IEC-29158 AIM DPM**



AXICON 15500

SERVICES ASSOCIÉS



AUDIT TRAIL



FORMATION



PROTOCOLE DE QUALIFICATION



SUIVI MÉTROLOGIQUE

Rapport de vérification

01034009301884391723073110202838

GS1 DataMatrix

Print Quality: 4,0/08/660 (A) - Conforme (≥1,5)

Test de validation: Conforme

Version du logiciel:	2.99.360-gfM2f0f0d:master	N° de série:	15640
Scanné le:	01/04/2022 16:05:16 (+0200)	Configuration d'usine:	26/05/2020
Décodé le:	04/04/2022 19:57:43 (+0200)	Calibrage utilisateur:	01/04/2022
ID ordinateur:	MACBROEE3	ID Session:	MacBR

Matrix Size	18x18
Réflectance Minimum	5%
Réflectance Maximum	88%
Dim X	534 µm
Dim Y	534 µm
Engraissement sur l'axe X	24 µm, 5%
Engraissement sur l'axe Y	30 µm, 6%

Pharma Pack (Conforme):	GTIN: 03400930188439	EXP: 31/07/2023	LOT: 202838
Validation de la syntaxe GS1 (Conforme):	(01)03400930188439(17)230731(10)202838		

Paramètre ISO	Grade	Pourcentage
Grade général	4 (A)	
Décodage	4 (A)	
Contraste	4 (A)	83%
Non- Uniformité Axiale	4 (A)	0%
Non- Uniformité de Grille	4 (A)	8%
Modulation	4 (A)	
Marge de réflectance	4 (A)	
Correction d'erreur non utilisée	4 (A)	100%
Uniformité de contraste	4 (A)	60%
Default du repère fixe	4 (A)	

Standard: ISO/IEC 15415
 Symbology Specification: ISO/IEC 16022
 Verifier Conformance Standard: ISO/IEC 15426-2

Axicon Camera Verifier: 2.99.360-gfM2f0f0d:master
 Axicon Auto ID Limited www.axicon.com

RAPPORT DE CONTRÔLE

- EXPRESSION DU RÉSULTAT PAR UN GRADE DE A À F**
- RETRANSCRIPTION DES DONNÉES**
- DATA INTEGRITY**
- RAPPORT UNIQUE POUR LE DOSSIER DE LOT**

AXICON FRANCE

+33 1 55 06 19 77
 info@axicon.fr
 www.axicon.fr

SIÈGE Tour Orient - 1007
 3 rue des Lilas 75019 Paris
CENTRE TECHNIQUE 19 rue de la Ladrière
 Polygone Square 59650 Villeneuve d'Ascq



FABRICANT DE VÉRIFICATEURS DE CODES À BARRES



ORGANISME DE FORMATION



EXPERTS EN CODES À BARRES



S.A.V. EN FRANCE

AXICON

THE BARCODE EXPERTS